

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: گزارش مورد تقلبی دیسپورت ۵۰۰ با سری ساخت N26087

با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره ۱۴۰۳/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ شرکت داریان سلامت منضم به مکاتبه شرکت IPSEN به اطلاع می‌رساند فراورده Dysport 500 به شماره سری ساخت N26087 با تاریخ انقضاء 12.2024 منتسب به شرکت IPSEN، تقلبی می‌باشد لذا ضروری است در صورت مشاهده، اقدام لازم معمول و مراتب در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد. همچنین مقتضی است اطلاع رسانی به نحوی صورت پذیرد که به منظور تشخیص موارد تقلبی از فراورده دیسپورت ۵۰۰ واحدی اصلی ساخت شرکت IPSEN حتما از برچسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر برچسب سیاه رنگ (scratch label) جهت تایید اصالت محصول استفاده شود.

دکتر غلامحسین صادقیان
سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

جناب آقای دکتر سیدحیدر محمدی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر حیدری مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
سرکار خانم دکتر جهانگرد رفسنجانی سرپرست محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت
جناب آقای مهندس هاشمی مشاور محترم رئیس سازمان و سرپرست روابط عمومی :جهت اطلاع رسانی در وبگاه سازمان
سرکار خانم دکتر اعجمی سرپرست محترم اداره بازرگانی دارو
سرکار خانم دکتر ولدخانی سرپرست محترم اداره بازرسی فنی
جناب آقای دکتر عابدی رئیس محترم اداره خون و فراورده های بیولوژیک
مدیرعامل محترم شرکت گروه دارویی داریان سلامت

